



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	26660
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0116	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 0.2 N	7647-01-0 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	17 / 07 / 2018	Julio 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.200 N	0.199 – 0.201 N
Apariencia	Pasa prueba	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723d.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma