



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 26856 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0141 | ÁCIDO SULFÚRICO. Solución volumétrica 0.02 N. | 7664-93-9 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|---------|------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 18 / 08 / 2018 | Agosto 2021 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|------------|------------|------------------|
| Apariencia | LCLMS* | LCLMS* |
| Normalidad | 0.0200 N | 0.02 ± 0.0005 N |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.
Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga

Firma