



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 27196 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0115 | ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 6.0 N. | 7647-01-0 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | HCl | 36.46 | 09 / 10 / 2018 | Octubre 2021 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|------------|------------|---------------------------------------------------|
| Normalidad | 6.003 N | 6.0 ± 0.005 N |
| Apariencia | LCLMS | LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida) |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma