



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 27615 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0113 | ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 1.0 N | 7647-01-0 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Reactivo | N.A. | N.A. | 06 / 12 / 2018 | Diciembre 2021 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad | 1.000 N | 1.0 ± 0.005 N |
| Apariencia | LCLMS* | LCLMS* |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Control de Calidad
Q.F.B Daniel Torres

Daniel Torres

Firma