



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	27759
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
7046	<b>ACETATO DE SODIO Anhidro</b>	127-09-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	CH <sub>3</sub> COONa	82.03	16 / 01 / 2019	Enero 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CH <sub>3</sub> COONa]	99.5 %	99.0 %
pH de la solución al 5 % a 25 °C	8.2	7.0 – 9.2
Perdida por secado a 120 °C	< 1.0 %	1.0 % máx.
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	< 0.003 %	0.003 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.
Magnesio (Mg)	0.002 %	0.002 % máx.

Observaciones:
<p>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.</p>

Control de Calidad Q.F.B Daniel Torres
<i>Daniel Torres</i>
Firma