



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	27949
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0931	<b>SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (84µS)</b>	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	18 / 02 / 2019	Febrero 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	84.6 µS	84.0 – 85.0 µS
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones:
<p>Conforme a especificaciones.</p> <p>*LMS: Libre de Materia Suspendida.</p>

Control de Calidad
Q.F.B Daniel Torres
<i>Daniel Torres</i>
Firma