



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **28062**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**8015**

**CARBONATO DE POTASIO  
ANHIDRO**

**584-08-7**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

**Reactivo ACS**

**K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>**

**138.21**

**08 / 03 / 2019**

**Marzo 2029**

### Pruebas

### Resultados

### Especificaciones

Ensayo [K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ]	99.0 %	99.0 % mín.
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	< 0.001 %	0.001 % máx.
Silica (SiO <sub>2</sub> )	< 0.005 %	0.005 % máx.
Compuestos de azufre (como SO <sub>4</sub> )	< 0.004 %	0.004 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.
Magnesio (Mg)	0.002 %	0.002 % máx.
Sodio (Na)	0.02 %	0.02 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad

Q.F.B Daniel Torres

*Daniel Torres*

Firma