



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **28100**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0313	BUFFER pH 1.68	7732-18-5 7647-01-0 6487-48-5

Grado	Fórmula	P.A.	Fecha Elaboración	Fecha de caducidad
Reactivo	N/A	N/A	13 / 03 / 2019	Marzo 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	1.683	1.68
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Solución estandarizada a 25 °C Trazable al NIST. Material Estándar de referencia
SMR 189c.

*LCLMS: Líquido claro libre de materia suspendida

Control de Calidad

Q.F.B Daniel Torres

Daniel Torres

Firma



Calibración de la balanza: Los pesos estándares utilizados son calibrados cada dos años por Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) en su Laboratorio de Metrología que está acreditado por la EMA de acuerdo a la NMX-EC-17025-IMNC-2006. Las balanzas analíticas son calibradas anualmente por el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) en su Laboratorio de Metrología que está acreditado por la EMA de acuerdo a la NMX-EC-17025-IMNC-2006. Se verifican trimestralmente con un método interno, y son revisadas diariamente con los pesos estándares.

Calibración de los termómetros: Todos los termómetros son trazables al NIST y son calibrados con un método de calibración ya acreditado.

Calibración del material volumétrico: Se emplea un procedimiento interno para calibrar toda la cristalería del tipo A empleada en la manufactura y cuantificación de controles de materiales certificados.

Calibración del electrodo: Se emplea un procedimiento interno para calibrar el electrodo, este se lleva a cabo a 25 °C empleando soluciones certificadas.

Soporte técnico:

- ✚ **ISO 9001:2008 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
-Número de registro del certificado: 10008077 QM08
- ✚ **ISO/IEC 17025:2005 “Requerimientos generales para la competencia de pruebas y calibración”**
- ✚ **ISO/IEC Guía 34 – 2000 “Requerimientos generales para la competencia de producción de materiales de referencia”.**