



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **28146**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3120

AGUA HPLC

7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

H₂O

18.02

22 / 03 / 2019

Marzo 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
pH	6.0	5.0 – 7.0
Conductividad umhos	0.4	0.7 máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.00003 %	0.00003 % máx.
Hierro (Fe)	Negativo	Negativo
Calcio (Ca)	Negativo	Negativo
Cloruro (Cl)	< 0.00004 %	0.00004 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	Negativo	Negativo
Sulfato (SO ₄)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.000001 %	0.000001 % máx.
Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):		
300 nm	0.003	0.005 máx.
254 nm	0.004	0.005 máx.
210 nm	0.009	0.010 máx.
200 nm	0.010	0.010 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*N.E.: No Especificado

**LMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

Control de Calidad

Q.F.B Daniel Torres

Daniel Torres

Firma