



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **28526**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0596

ÁCIDO CLORHÍDRICO
Solución volumétrica 0.24 N

7647-01-0
7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha de caducidad

Reactivo

N / A

N / A

21 / 05 / 2019

Mayo 2022

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

0.2404 N

0.24 – 0.2405 N

Apariencia

LCLMS*

LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Control de Calidad

Q.F.B Daniel Torres

Daniel Torres
Firma