



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28691
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0808	AZUL DE TIMOL Solución al 0.1 %	76-61-9	64-17-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	19 / 06 / 2019	Junio 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 1.2	Rosa	Rosa
pH 2.8	Amarillo	Amarillo
pH 8.0	Amarillo	Amarillo
pH 9.2	Azul	Azul

Observaciones:
<p>Conforme a especificaciones.</p>

Control de Calidad Q.F.B Daniel Torres
<i>Daniel Torres</i> Firma