



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 28726 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0620 | NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.2 N | 7761-88-8 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|---------|------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 25 / 06 / 2019 | Junio 2022 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|------------|-------------|------------------|
| Normalidad | 0.2000 N | 0.2 ± 0.0005 N |
| Apariencia | Pasa Prueba | LCLMS* |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Control de Calidad
Q.F.B Daniel Torres

Daniel Torres
Firma