



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29025
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0115	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 6.0 N	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	HCl	36.46	30 / 08 / 2019	Agosto 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	6.004 N	6.0 ± 0.005 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Daniel Torres

Daniel Torres
Firma