



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29129
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0869	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución 0.5 N (en isopropanol)	7647-01-0 67-63-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	23 / 09 / 2019	Septiembre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad de la solución	0.5000 N	0.50 – 0.5005 N
Apariencia	LMS	*LMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

** LMS: Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.