



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29634
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0409	E.D.T.A. Solución volumétrica 0.5 N	6381-92-6	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	10 / 01 / 2020	Enero 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.5000 N	0.50 - 0.5005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 2193a.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.