



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>29876</b>
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
<b>0402</b>	<b>E.D.T.A. Solución volumétrica 0.1 N.</b>	<b>6381-92-6</b>	<b>7732-18-5</b>

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
<b>Reactivo</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>02 / 03 / 2020</b>	<b>Marzo 2022</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Normalidad	0.1004 N	0.1 ± 0.0005 N
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

*Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 2193a.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**