



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29882
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0327	BUFFER pH 12	7732-18-5	1310-73-2
		7447-40-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	04 / 03 / 2020	Marzo 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	12.00	12.0 – 12.05
Apariencia	LCLMS	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.