



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **29915**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0112

ÁCIDO CLORHÍDRICO
Solución volumétrica 0.5 N

7647-01-0
7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha
Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

N/A

N/A

10 / 03 / 2020

Marzo 2023

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

0.5005 N

0.5 N - 0.5005 N

Apariencia

LCLMS

LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.