



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **30002**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**5081**

**DICROMATO DE POTASIO**

**7778-50-9**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

**Reactivo ACS**

**$K_2Cr_2O_7$**

**294.18**

**21 / 03 / 2020**

**Marzo 2030**

### Pruebas

### Resultados

### Especificaciones

Ensayo [ $K_2Cr_2O_7$ ]	99.1 %	99.0 % mín.
Materia insoluble	0.002 %	0.005 % máx.
Pérdidas por secado a 105 °C	< 0.01 %	0.05 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sulfato ( $SO_4$ )	< 0.005 %	0.005 % máx.
Calcio (Ca)	0.003 %	0.003 % máx.
Hierro (Fe)	0.001 %	0.001 % máx.
Sodio (Na)	0.02 %	0.02 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.