



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>30223</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0651</b>	<b>HIDRÓXIDO DE POTASIO (en Etanol) Solución volumétrica 0.1 N</b>	<b>1310-58-3 64-17-5</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>29 / 05 / 2020</b>	<b>Mayo 2023</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Normalidad	0.1005 N	0.10 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

*Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L.*

*\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**