



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31016
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0175	REACTIVO R-140 PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TITANIO	7664-93-9	7722-84-1 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha de elaboración	Fecha de caducidad
Reactivo	N/A	N/A	10 / 11 / 2020	Noviembre 2023

Pruebas	Resultados
Apariencia	Libre de Materia en Suspensión
Densidad (g/mL)	1.5
Ensayo (como H ₂ SO ₄)	52.8 %
Ensayo (como H ₂ O ₂)	10.6 %

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.