



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31063
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0931	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (84µS)	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	18 / 11 / 2020	Noviembre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	86.1 µS	84.0 – 87.0 µS
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones:

Conforme a especificación.

**LMS: Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.