



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **31282**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3050

CLOROFORMO R. A.

67-66-3

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo ACS

CHCl₃

119.37

13 / 01 / 2021

Enero 2031

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [CHCl ₃] (por C.G.)	> 99.9 %	99.8 % mín.
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
Acetona y aldehído	Pasa prueba	Pasa prueba
Ácido y cloruro	Pasa prueba	Pasa prueba
Cloro libre (Cl)	Pasa prueba	Pasa prueba
Plomo (Pb)	< 0.000005 %	0.000005 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasa prueba
Uso en la prueba de ditizona	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.