



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **31495**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

5101

**BIYODATO DE POTASIO
ESTÁNDAR PRIMARIO**

13455-24-8

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

$KH(IO_3)_2$

389.91

22 / 02 / 2021

Febrero 2031

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [acido-base]

100.01 %

99.95 – 100.05 %

Materia insoluble

< 0.01 %

0.01 % máx.

Cloruro + Bromuro

< 0.02 %

0.02 % máx.

Sulfato (SO_4)

< 0.005 %

0.005 % máx.

Metales Pesados (como Pb)

< 0.001 %

0.001 % máx.

Hierro (Fe)

< 0.001 %

0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.