



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	31745
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0205	<b>ÁCIDO NÍTRICO</b> Solución volumétrica 0.1 N	7697-37-2	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	08 / 04 / 2021	Abril 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1001 N	0.10 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS	*LCLMS

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material de referencia SMR 723e.

\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**