

	<h2 style="color: blue;">Karal S.A. de C.V.</h2>
	<small>Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx</small>

Certificado de Análisis		Lote 31755
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>
0682	PERMANGANATO DE POTASIO Solución volumétrica 0.1 N	7722-64-7 7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	13 / 04 / 2021	Abril 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1001 N	0.1 – 0.1005 N
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 8040.

**LMS: Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.