



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

| <b>Certificado de Análisis</b> |                          | Lote             | <b>31898</b>     |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Catálogo                       | Descripción del producto | CAS No.          |                  |
| <b>0330</b>                    | <b>BUFFER pH 9.18</b>    | <b>7732-18-5</b> | <b>1303-96-4</b> |

| Grado           | Fórmula      | P.M.         | Fecha Elaboración     | Fecha Caducidad  |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N / A</b> | <b>N / A</b> | <b>10 / 05 / 2021</b> | <b>Mayo 2023</b> |

| <b>Pruebas</b>            | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| pH de la solución a 25 °C | 9.180             | 9.180                   |
| Apariencia                | L.M.S             | *LMS                    |

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones.

\*LMS: Libre de Materia Suspendida.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**