



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 32024 |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0938 | SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (6000µS) | 7447-40-7 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | N / A | N / A | 04 / 06 / 2021 | Junio 2024 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Conductividad a 25 °C | 6005 µS | 6000 – 6010 µS |
| Apariencia | Pasa prueba | *LCLMS |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material Estándar de Referencia SRM 999c.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.