



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32192
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8032	DIFENILAMINA	122-39-4	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(C₆H₅)₂NH	169.22	06 / 07 / 2021	Julio 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Sensibilidad para nitratos	Pasa prueba	Pasa prueba
Solubilidad en alcohol	Pasa prueba	Pasa prueba
Residuo después de la ignición	< 0.01 %	0.03 % máx.
Nitrato (NO ₃)	Pasa prueba	Pasa prueba
Punto de fusión (°C)	53	52.5 – 54.0 °C

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.