



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32297
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0862	TESTING SOLUTION #156 HIDRÓXIDO DE POTASIO	1310-58-3	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	23 / 07 / 2021	Julio 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Contenido de KOH	34.9 %	34.8 – 35.0 %
Apariencia	Pasa prueba	Ligeramente amarilla
Densidad	1.35 g/ml	1.39 g/ml

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.