



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32338
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3029	ÉTER ETÍLICO Para análisis de residuos de pesticidas	60-29-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(CH₃CH₂)₂O	74.12	30 / 07 / 2021	Julio 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo por (CG)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Agua	0.01 %	0.03 % máx.
Alcohol	1.9 %	1.5 – 2.5 %
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	< 0.0001	0.0002 máx.
Peróxido (Como H ₂ O ₂)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Carbonilos (Como HCHO)	0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.