

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32344
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>
0651	HIDRÓXIDO DE POTASIO (en Etanol) Solución volumétrica 0.1 N		1310-58-3 64-17-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	02 / 08 / 2021	Agosto 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1000 N	0.1000 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

<p>Observaciones:</p> <p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida</i></p>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.