



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32462
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0313	BUFFER pH 1.68	7732-18-5	6153-56-6
		7647-01-0	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	19 / 08 / 2021	Agosto 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	1.68	1.68
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.