



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32948
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0119	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 0.1 M	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	26 / 10 / 2021	Octubre 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.1004 M	0.1 – 0.1005 M
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS.
Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.