

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>33064</b>
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>
<b>0612</b>	<b>NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.0282 N</b>		<b>7761-88-8 7732-18-5</b>

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
<b>Reactivo</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>12 / 11 / 2021</b>	<b>Noviembre 2024</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Normalidad	0.028205 N	0.0282 – 0.028205 N
Apariencia	LCLMS	*LCLMS
pH de la solución	5.8	3.0 – 6.0

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

*Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material de referencia SRM 999c.*

*\*LCLMS: Líquido claro libre de materia en suspensión.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**