



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 33247 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0718 | HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 6 N | 1310-73-2 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 07 / 01 / 2022 | Enero 2025 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad | 6.001 N | 6.0 – 6.005 N |
| Apariencia | Pasa prueba | *LCLMS |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.