



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33260
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8010	NITRATO DE PLATA	7761-88-8	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	AgNO₃	169.87	10 / 01 / 2022	Enero 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (AgNO ₃)	99.4 %	99.0 % mín.
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Ácido libre	Pasa prueba	Pasa prueba
Sustancias no precipitadas por HCl	< 0.01 %	0.01 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Cobre (Cu)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.
Plomo (Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.