



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33304
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8036	DIFENILCARBAZONA	538-62-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Elaboración
Reactivo	CC₁₂H₁₃N₄O	240.26	17 / 01 / 2022	Enero 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Residuo después de la ignición	< 0.1 %	< 0.1 %
Sensibilidad	Pasa prueba	Pasa prueba
Sensibilidad en cloroformo	Pasa prueba	Pasa prueba
Punto de fusión °C	156 °C	154-157 °C

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.