



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	33487
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8040	TRICLOROETILENO	79-01-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$C_2HCl_3$	131.39	10 / 02 / 2022	Febrero 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo CHCL: $CCHl_2$ (por C.G.)	99.92 %	99.5 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0001 %	0.001 % máx.
Acidez titulable meq/g	0.00004 meq/g	0.0001 meq/g máx.
Base titulable meq/g	0.0001 meq/g	0.0003 % máx.
Agua ( $H_2O$ )	0.012 %	0.02 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00006 %	0.0001 % máx.
Halógenos libres	Pasa prueba	Pasa prueba

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.