



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33512
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0613	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.153 N	7761-88-8	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	16 / 02 / 2022	Febrero 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.15302 N	0.15300 – 0.15305 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)
pH de la solución	4.9	3.0 – 6.0

Observaciones:

Conforme a especificaciones.
Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999b.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.