



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>33566</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>8023</b>	<b>NITROBENCENO</b>	<b>98-95-3</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo ACS</b>	<b>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub></b>	<b>123.11</b>	<b>22 / 02 / 2022</b>	<b>Febrero 2032</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Ensayo [C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub> ] (Por C.G.)	99.7 %	99.0 % Mín.
Residuos después de la evaporación	0.004 %	0.005 % Máx.
Acidez titulable soluble en agua (meq/g)	< 0.0005	0.0005 Máx.
Cloruro (Cl)	0.0002 %	0.0005 % Máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**