



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33697
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0338	AZUL DE BROMOTIMOL. INDICADOR EN SOLUCIÓN ACUOSA AL 0.04 %.	76-59-5	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	18 / 03 / 2022	Marzo 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 6.0	Amarillo	Amarillo
pH 6.7	Verde	Verde
pH 7.6	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.