



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33721
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0887	SOLUCIÓN 5000 μS Para conductímetro	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	22 / 03 / 2022	Marzo 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad	5004 μ S	5000 – 5005 μ S
Apariencia	LCLMS	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**LCLMS: Líquido claro y libre de materia en suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.