



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33883
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
5614	SOLUCIÓN SALINA DE PRUEBA B368	7647-14-5 10125-13-0 64-19-7 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	28 / 04 / 2022	Abril 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Libre de materia suspendida	Libre de materia suspendida
Densidad de la solución	1.030	1.030 – 1.040
pH final	3.3	3.1- 3.3

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.