



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>34016</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0925</b>	<b>SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (1413µS)</b>	<b>7447-40-7</b>	<b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>N / A</b>	<b>N / A</b>	<b>26 / 05 / 2022</b>	<b>Mayo 2025</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Conductividad a 25 °C	1421 µS	1413 - 1423 µS
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

### Observaciones:

*Conforme a especificaciones.*

*\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

*Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material Estándar de Referencia SRM 999c.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**