



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34107
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0408	E.D.T.A. Solución volumétrica 0.01 N	6381-92-6	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	14 / 06 / 2022	Junio 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS*
Normalidad	0.0102 N	0.01 - 0.0105 N

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 2193a.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.