



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34208
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0175	REACTIVO R-140 PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TITANIO	7664-93-9	7722-84-1 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	29 / 06 / 2022	Junio 2025

Pruebas	Resultados
Apariencia	Libre de Materia en Suspensión
Densidad (g/mL)	1.5
Ensayo (como H ₂ SO ₄)	49.1 %
Ensayo (como H ₂ O ₂)	10.8 %

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.