



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

| <b>Certificado de Análisis</b> |                          | Lote           | <b>34273</b> |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Catálogo                       | Descripción del producto | CAS No.        |              |
| <b>8037</b>                    | <b>DIMETILGLOXIMA</b>    | <b>95-45-4</b> |              |

| Grado               | Fórmula   | P.M.          | Fecha Elaboración     | Fecha Caducidad   |
|---------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Reactivo ACS</b> | <b>C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub></b> | <b>116.12</b> | <b>14 / 07 / 2022</b> | <b>Julio 2032</b> |

| <b>Pruebas</b>                      | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Punto de Fusión (°C)                | 241               | 240 – 241 °C            |
| Residuo de la calcinación           | 0.03 %            | 0.05 % máx.             |
| Insolubles en alcohol               | 0.02 %            | 0.05 % máx.             |
| Recomendable para determinar Niquel | Pasa prueba       | Pasa prueba             |

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11<sup>a</sup> edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**