



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34515
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0145	ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 1.0 N	7664-93-9	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	26 / 08 / 2022	Agosto 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.005 N	1.000 – 1.005 N
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SMR 723e.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.