



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **34775**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

2026

METIL ISOBUTIL CETONA

108-10-1

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Caducidad |
|--------------|---|--------|-------------------|--------------|
| Reactivo ACS | $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3$ | 100.16 | 07 / 10 / 2022 | Octubre 2032 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|---------------|------------------|
| Ensayo $[(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3]$ | 99.8 % | 98.5 % min. |
| Color (APHA) | 15 | 15 |
| Agua (H ₂ O) | 0.1 % | 0.1 % máx. |
| Residuo después de la evaporación | < 0.001 % | 0.005 % máx. |
| Acidez titulable meq / g | < 0.001 meq/g | 0.002 meq/g |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.